



発行日 2026年3月10日

発行番号 C260227-A10

管理ID 5908

校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230263
校正項目	温度
校正年月日	2026年2月27日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對 嵐坊ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2026年3月10日
発行番号 T260227-A10
管理ID 5908

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230263
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.7℃、湿度 40.4±1.3%
校正年月日 2026年2月27日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐場

株式会社コンピューテックス

