

ID5909 [検査科保冷庫(-20℃)]

2026/01

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-26.8	-26.7	-26.6
2日	-26.8	-26.7	-26.6
3日	-26.8	-26.7	-26.6
4日	-26.8	-26.7	-26.6
5日	-26.8	-26.6	-25.1
6日	-26.7	-26.6	-24.8
7日	-26.7	-26.4	-22.1
8日	-26.7	-26.5	-22.9
9日	-26.7	-26.4	-19.7
10日	-26.7	-26.6	-26.5
11日	-26.7	-26.6	-26.5
12日	-26.7	-26.6	-26.5
13日	-26.8	-26.7	-26.5
14日	-26.7	-26.3	-23.1
15日	-26.8	-26.7	-26.5
16日	-26.8	-26.6	-22.7
17日	-26.8	-26.7	-26.6
18日	-26.8	-26.7	-26.6
19日	-26.9	-26.7	-26.6
20日	-26.8	-26.7	-24.3
21日	-26.8	-26.6	-24.4
22日	-26.8	-26.5	-20.6
23日	-26.8	-26.6	-24.7
24日	-26.8	-26.7	-26.6
25日	-26.8	-26.7	-26.6
26日	-26.8	-26.7	-26.6
27日	-26.8	-26.7	-23.8
28日	-26.9	-26.6	-24.5
29日	-26.8	-26.7	-26.6
30日	-26.8	-26.3	-17.9
31日	-26.8	-26.7	-26.6
全体	-26.9	-26.6	-17.9