

ID5909 [検査科保冷庫(-20°C)]

2025/07

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-26.9	-26.1	-14.5
2日	-27.0	-26.9	-26.6
3日	-27.1	-26.9	-26.7
4日	-27.0	-26.8	-24.0
5日	-27.0	-26.9	-26.7
6日	-27.1	-27.0	-26.8
7日	-27.0	-26.9	-26.7
8日	-27.0	-26.9	-26.8
9日	-27.0	-26.9	-25.0
10日	-27.0	-26.9	-26.8
11日	-27.0	-26.9	-25.9
12日	-27.0	-26.9	-26.7
13日	-27.0	-26.9	-26.8
14日	-27.0	-26.8	-24.5
15日	-27.0	-26.9	-26.8
16日	-27.0	-26.7	-23.2
17日	-27.1	-26.9	-26.7
18日	-27.0	-26.8	-23.2
19日	-27.0	-26.6	-16.2
20日	-26.9	-26.8	-26.7
21日	-26.9	-26.8	-26.7
22日	-27.0	-26.8	-26.6
23日	-27.1	-26.8	-23.7
24日	-27.0	-26.8	-24.5
25日	-27.1	-26.7	-21.2
26日	-27.1	-27.0	-26.8
27日	-27.1	-27.0	-26.8
28日	-27.1	-26.8	-21.9
29日	-27.1	-26.8	-23.8
30日	-27.0	-26.9	-26.7
31日	-27.0	-26.9	-26.8
全体	-27.1	-26.8	-14.5