

ID5909 [検査科保冷庫(-20°C)]

2025/12

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-26.9	-26.8	-26.7
2日	-26.9	-26.8	-25.5
3日	-26.9	-26.7	-25.2
4日	-26.9	-26.6	-22.2
5日	-26.9	-26.6	-21.5
6日	-26.9	-26.6	-26.2
7日	-26.4	-26.1	-22.8
8日	-26.9	-26.4	-20.8
9日	-26.9	-26.7	-25.2
10日	-26.9	-26.7	-23.7
11日	-27.0	-26.4	-16.0
12日	-27.0	-26.6	-21.4
13日	-26.9	-26.8	-26.7
14日	-26.9	-26.8	-26.7
15日	-26.8	-26.7	-24.3
16日	-26.9	-26.7	-24.5
17日	-26.9	-26.5	-21.9
18日	-26.9	-26.7	-26.6
19日	-26.9	-26.6	-21.8
20日	-26.9	-26.8	-26.7
21日	-26.9	-26.8	-26.7
22日	-26.9	-26.7	-24.6
23日	-26.8	-26.7	-25.2
24日	-26.9	-26.7	-23.3
25日	-26.8	-26.5	-22.5
26日	-26.8	-26.5	-20.3
27日	-26.8	-26.7	-26.6
28日	-26.8	-26.7	-26.6
29日	-26.8	-26.7	-26.6
30日	-26.8	-26.7	-26.6
31日	-26.8	-26.6	-23.6
全体	-27.0	-26.6	-16.0