

ID5909 [検査科保冷庫(-20℃)]

2026/04

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-26.8	-26.5	-21.6
2日	-26.8	-26.7	-26.6
3日	-26.9	-26.7	-26.6
4日	-26.9	-26.7	-26.6
5日	-26.8	-26.7	-26.6
6日	-26.8	-26.7	-26.6
7日	-26.8	-26.4	-22.8
8日	-26.1	-25.9	-22.7
9日	-26.1	-26.0	-25.9
10日	-26.1	-25.5	-19.8
11日	-26.2	-26.0	-22.8
12日	-26.1	-26.0	-26.0
13日	-26.2	-25.8	-17.2
14日	-26.1	-25.9	-23.0
15日	-26.1	-25.9	-23.1
16日	-26.0	-25.9	-23.2
17日	-26.1	-25.9	-22.7
18日	-26.1	-26.0	-25.9
19日	-26.1	-26.0	-25.9
20日	-26.1	-26.1	-26.0
21日	-26.1	-25.8	-21.7
22日	-26.2	-25.7	-17.2
23日	-26.2	-26.0	-24.4
24日	-26.1	-26.0	-25.9
25日	-26.1	-26.0	-25.9
26日	-26.1	-26.0	-25.9
27日	-26.1	-25.7	-22.9
28日	-26.1	-25.6	-19.9
29日	-26.1	-26.0	-25.9
30日	-26.1	-25.5	-19.9
全体	-26.9	-26.1	-17.2