

ID5909 [検査科保冷庫(-20℃)]

2026/05

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-26.1	-25.9	-22.1
2日	-26.0	-26.0	-25.9
3日	-26.1	-26.0	-25.9
4日	-26.1	-26.0	-25.9
5日	-26.0	-26.0	-25.9
6日	-26.1	-26.0	-25.9
7日	-26.1	-26.0	-25.9
8日	-26.1	-26.0	-25.9
9日	-26.1	-25.9	-23.8
10日	-26.1	-26.0	-25.9
11日	-26.1	-26.0	-22.8
12日	-26.1	-25.6	-21.5
13日	-26.1	-26.0	-24.1
14日	-26.1	-26.0	-25.9
15日	-26.1	-25.8	-18.3
16日	-26.1	-26.0	-25.9
17日	-26.1	-26.0	-23.8
18日	-26.1	-25.8	-22.8
19日	-26.1	-25.7	-20.8
20日	-26.1	-25.9	-23.6
21日	-26.1	-26.0	-24.2
22日	-26.1	-25.9	-22.9
23日	-26.1	-26.0	-25.8
24日	-26.1	-26.0	-25.9
25日	-26.1	-25.7	-21.0
26日	-26.1	-25.9	-24.0
27日	-26.1	-25.9	-23.0
28日	-26.1	-25.7	-21.2
29日	-26.1	-24.9	-12.6
30日	-26.2	-26.0	-25.9
31日	-26.0	-26.0	-25.9
全体	-26.2	-25.9	-12.6