

ID5909 [検査科保冷庫(−20℃)]

2026/06

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-26.0	-26.0	-25.8
2日	-26.1	-25.6	-20.7
3日	-26.1	-25.6	-18.9
4日	-25.9	-25.9	-25.8
5日	-26.0	-25.9	-25.8
6日	-26.0	-25.9	-25.8
7日	-26.0	-25.9	-25.8
8日	-26.0	-25.9	-25.8
9日	-26.0	-25.6	-20.5
10日	-26.0	-25.8	-21.4
11日	-26.1	-25.7	-18.8
12日	-26.0	-25.8	-23.1
13日	-26.0	-25.9	-25.8
14日	-26.0	-25.9	-25.8
15日	-26.0	-25.9	-25.8
16日	-26.0	-25.9	-25.9
17日	-26.0	-25.8	-24.0
18日	-26.0	-25.9	-25.8
19日	-26.1	-25.8	-20.9
20日	-26.0	-26.0	-25.9
21日	-26.1	-26.0	-25.9
22日	-26.1	-25.9	-25.8
23日	-26.0	-25.7	-21.7
24日	-26.0	-25.4	-17.0
25日	-26.0	-25.8	-21.1
26日	-26.0	-25.7	-22.6
27日	-26.0	-25.9	-25.8
28日	-26.0	-25.9	-25.8
29日	-26.0	-25.5	-17.4
30日	-26.0	-25.5	-20.1
全体	-26.1	-25.8	-17.0