

ID5909 [検査科保冷庫(−20℃)]

2026/07

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-26.0	-25.6	-20.0
2日	-26.0	-25.7	-22.4
3日	-26.0	-25.6	-21.2
4日	-26.0	-25.9	-25.8
5日	-26.0	-25.9	-25.8
6日	-26.1	-25.8	-19.7
7日	-26.1	-25.8	-23.0
8日	-26.0	-26.0	-25.9
9日	-26.1	-25.8	-22.9
10日	-26.1	-25.6	-20.8
11日	-26.0	-26.0	-25.9
12日	-26.0	-25.9	-25.9
13日	-26.1	-25.9	-25.9
14日	-26.1	-25.8	-23.9
15日	-26.0	-25.8	-24.1
16日	-26.0	-25.8	-21.0
17日	-26.0	-25.9	-25.8
18日	-26.1	-25.9	-24.5
19日	-26.1	-26.0	-25.9
20日	-26.1	-26.0	-25.9
21日	-26.2	-25.8	-19.2
22日	-26.2	-25.9	-22.6
23日	-26.1	-25.9	-21.0
24日	-26.1	-25.9	-20.7
25日	-26.1	-26.0	-25.9
26日	-26.1	-26.0	-25.9
27日	-26.1	-25.9	-23.0
28日	-26.2	-25.8	-18.3
29日	-26.1	-26.0	-24.5
30日	-26.1	-25.6	-15.9
31日	-26.1	-25.9	-22.0
全体	-26.2	-25.9	-15.9