

ID5909 [検査科保冷庫(−20℃)]

2026/08

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-26.1	-26.0	-25.9
2日	-26.1	-26.0	-25.9
3日	-26.1	-26.0	-25.9
4日	-26.1	-26.0	-25.9
5日	-26.1	-26.0	-25.9
6日	-26.2	-26.0	-25.9
7日	-26.1	-25.5	-16.5
8日	-26.2	-26.1	-25.9
9日	-26.1	-26.0	-25.9
10日	-26.1	-26.0	-25.9
11日	-26.2	-26.0	-26.0
12日	-26.1	-25.9	-23.4
13日	-26.1	-25.5	-15.2
14日	-26.1	-26.0	-25.8
15日	-26.0	-25.9	-25.8
16日	-26.0	-25.9	-25.8
17日	-26.0	-25.9	-25.8
18日	-26.1	-25.9	-25.8
19日	-26.1	-25.7	-21.3
20日	-26.0	-26.0	-25.9
21日	-26.1	-25.8	-19.4
22日	-26.0	-26.0	-25.9
23日	-26.1	-26.0	-25.9
24日	-26.1	-25.9	-22.2
25日	-26.1	-26.0	-25.9
26日	-26.1	-25.9	-23.2
27日	-26.0	-25.9	-23.9
28日	-26.1	-25.8	-22.0
29日	-26.1	-26.0	-25.9
30日	-26.1	-26.0	-25.9
31日	-26.5	-24.9	-11.3
全体	-26.5	-25.9	-11.3