

ID590A [検査科保冷庫(-70°C)]

2026/01

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-73.9	-72.1	-71.1	
2日	-74.0	-72.1	-71.1	
3日	-74.0	-72.2	-71.1	
4日	-74.0	-72.2	-71.1	
5日	-76.3	-72.7	-67.8	
6日	-76.3	-74.3	-73.2	
7日	-76.1	-74.4	-73.2	
8日	-76.2	-74.3	-73.2	
9日	-76.2	-74.3	-73.1	
10日	-76.2	-74.1	-67.9	
11日	-76.0	-73.7	-66.7	
12日	-75.8	-74.0	-72.9	
13日	-75.9	-74.0	-72.8	
14日	-75.7	-74.0	-72.9	
15日	-75.7	-74.0	-72.8	
16日	-75.7	-73.4	-66.6	
17日	-75.6	-73.7	-72.5	
18日	-75.6	-73.7	-72.5	
19日	-75.6	-73.7	-72.6	
20日	-75.6	-73.7	-72.6	
21日	-75.6	-73.7	-72.4	
22日	-75.6	-73.7	-72.5	
23日	-75.6	-73.7	-72.6	
24日	-75.6	-73.7	-72.5	
25日	-75.5	-73.7	-72.5	
26日	-75.7	-73.7	-72.5	
27日	-75.5	-73.7	-72.5	
28日	-75.5	-73.7	-72.5	
29日	-75.6	-73.7	-72.5	
30日	-75.9	-73.4	-67.8	
31日	-75.6	-73.7	-72.5	
全体	-76.3	-73.6	-66.6	