

ID590A [検査科保冷庫(-70℃)]

2026/02

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-75.5	-73.7	-72.5	
2日	-75.6	-73.7	-72.5	
3日	-75.7	-73.7	-72.6	
4日	-75.5	-73.7	-71.8	
5日	-75.5	-73.7	-72.5	
6日	-75.5	-73.7	-72.5	
7日	-75.6	-73.7	-72.6	
8日	-75.6	-73.7	-72.5	
9日	-75.5	-73.6	-72.5	
10日	-75.5	-73.7	-72.5	
11日	-75.6	-73.7	-72.5	
12日	-75.5	-73.7	-72.5	
13日	-75.6	-73.6	-71.1	
14日	-75.6	-73.7	-72.6	
15日	-75.6	-73.8	-72.6	
16日	-75.6	-73.7	-72.6	
17日	-75.5	-73.7	-71.2	
18日	-75.6	-73.7	-72.6	
19日	-75.6	-73.7	-72.5	
20日	-75.7	-73.7	-72.6	
21日	-75.7	-73.8	-72.6	
22日	-75.7	-73.8	-72.6	
23日	-75.6	-73.8	-72.7	
24日	-75.7	-73.8	-72.7	
25日	-75.7	-73.8	-72.7	
26日	-75.6	-73.8	-72.7	
27日	-75.6	-73.7	-72.0	
28日	-75.6	-73.8	-72.7	
全体	-75.7	-73.7	-71.1	