

ID590A [検査科保冷庫(-70°C)]

2025/07

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-74.5	-72.6	-71.0	
2日	-74.3	-72.4	-71.4	
3日	-74.4	-72.5	-71.4	
4日	-74.4	-72.6	-71.5	
5日	-74.4	-72.6	-71.5	
6日	-74.4	-72.6	-71.6	
7日	-74.7	-72.5	-69.2	
8日	-74.3	-72.5	-71.5	
9日	-74.4	-72.5	-71.5	
10日	-74.4	-72.6	-71.5	
11日	-74.5	-72.6	-70.9	
12日	-74.4	-72.6	-71.6	
13日	-74.4	-72.5	-71.5	
14日	-74.6	-72.2	-66.0	
15日	-74.5	-72.6	-71.5	
16日	-74.5	-72.5	-70.3	
17日	-74.3	-72.4	-71.3	
18日	-74.4	-72.4	-70.8	
19日	-74.2	-72.4	-71.2	
20日	-74.3	-72.3	-71.3	
21日	-74.2	-72.3	-71.2	
22日	-74.3	-72.4	-71.3	
23日	-74.3	-72.4	-71.3	
24日	-74.4	-72.4	-71.4	
25日	-74.3	-72.4	-70.8	
26日	-74.3	-72.5	-71.5	
27日	-74.4	-72.5	-71.5	
28日	-74.4	-72.5	-71.5	
29日	-74.3	-72.5	-71.5	
30日	-74.4	-72.5	-71.5	
31日	-74.4	-72.5	-69.5	
全体	-74.7	-72.5	-66.0	