

## 南和歌山医療センター 臨床研究部 臨床研究推進室

ID590A [検査科保冷庫(-70°C)]

2025/08

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-74.3	-72.5	-71.5	
2日	-74.3	-72.5	-71.4	
3日	-74.3	-72.5	-71.4	
4日	-74.3	-72.5	-71.4	
5日	-74.5	-72.5	-71.4	
6日	-74.3	-72.5	-71.4	
7日	-74.4	-72.5	-71.3	
8日	-74.4	-72.5	-71.4	
9日	-74.4	-72.5	-71.4	
10日	-74.3	-72.4	-71.3	
11日	-74.3	-72.5	-71.5	
12日	-74.3	-72.5	-71.4	
13日	-74.3	-72.5	-71.4	
14日	-74.4	-72.5	-71.5	
15日	-74.3	-72.5	-71.4	
16日	-74.3	-72.5	-71.5	
17日	-74.3	-72.5	-71.5	
18日	-74.3	-72.5	-71.5	
19日	-74.3	-72.5	-71.5	
20日	-74.3	-72.3	-69.6	
21日	-74.3	-72.4	-71.3	
22日	-74.3	-71.8	-62.8	
23日	-74.1	-72.4	-71.4	
24日	-74.2	-72.4	-71.3	
25日	-74.2	-72.4	-71.4	
26日	-74.3	-72.4	-71.3	
27日	-74.3	-72.2	-67.5	
28日	-74.3	-72.4	-71.4	
29日	-74.3	-72.5	-71.4	
30日	-74.3	-72.6	-71.4	
31日	-74.3	-72.6	-71.5	
全体	-74.5	-72.4	-62.8	