

ID590A [検査科保冷庫(-70°C)]

2025/09

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-74.4	-72.5	-71.2	
2日	-74.4	-72.6	-71.5	
3日	-74.4	-72.6	-71.5	
4日	-74.4	-72.6	-71.5	
5日	-74.4	-72.4	-69.5	
6日	-74.0	-72.2	-71.1	
7日	-74.0	-72.2	-71.2	
8日	-74.1	-72.3	-70.7	
9日	-74.1	-72.3	-71.3	
10日	-74.1	-72.3	-71.3	
11日	-74.1	-72.3	-71.3	
12日	-74.2	-72.4	-71.3	
13日	-74.3	-72.3	-70.1	
14日	-74.2	-72.4	-71.3	
15日	-74.2	-72.4	-71.3	
16日	-74.3	-72.4	-71.4	
17日	-74.2	-72.4	-71.4	
18日	-74.3	-72.1	-67.9	
19日	-74.1	-72.3	-71.2	
20日	-74.1	-72.3	-71.2	
21日	-74.1	-72.3	-71.2	
22日	-74.1	-72.3	-71.3	
23日	-74.2	-72.3	-71.3	
24日	-74.2	-72.3	-71.1	
25日	-74.2	-72.3	-71.3	
26日	-74.2	-72.3	-71.2	
27日	-74.1	-72.3	-71.2	
28日	-74.1	-72.3	-71.2	
29日	-74.1	-72.2	-67.9	
30日	-74.1	-72.4	-71.2	
全体	-74.4	-72.3	-67.9	