

南和歌山医療センター 臨床研究部 臨床研究推進室

ID590A [検査科保冷庫(-70°C)]

2025/10

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-74.2	-72.4	-71.3	
2日	-74.2	-72.4	-71.3	
3日	-74.2	-72.1	-66.4	
4日	-74.1	-72.4	-71.2	
5日	-74.1	-72.3	-71.3	
6日	-74.1	-72.4	-71.3	
7日	-74.2	-72.4	-71.3	
8日	-74.7	-71.7	-64.7	
9日	-73.9	-72.1	-71.0	
10日	-73.8	-72.0	-71.0	
11日	-73.8	-72.1	-71.0	
12日	-73.9	-72.1	-71.0	
13日	-73.9	-72.1	-71.1	
14日	-74.0	-72.2	-71.1	
15日	-74.0	-72.2	-71.1	
16日	-74.0	-72.2	-71.1	
17日	-74.0	-72.2	-71.1	
18日	-74.0	-72.2	-71.1	
19日	-74.0	-72.2	-71.1	
20日	-74.0	-72.2	-71.1	
21日	-74.1	-72.3	-71.3	
22日	-74.1	-72.3	-71.2	
23日	-74.1	-72.3	-71.3	
24日	-74.3	-72.3	-71.2	
25日	-74.2	-72.3	-71.3	
26日	-74.1	-72.3	-71.2	
27日	-74.1	-72.3	-71.3	
28日	-74.6	-71.7	-62.7	
29日	-73.8	-72.0	-71.0	
30日	-73.7	-72.0	-71.0	
31日	-73.8	-72.0	-70.9	
全体	-74.7	-72.2	-62.7	