

ID590A [検査科保冷庫(-70°C)]

2025/12

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-74.1	-72.3	-71.2	
2日	-74.1	-72.3	-71.3	
3日	-74.1	-72.3	-71.2	
4日	-74.2	-72.3	-71.2	
5日	-74.1	-72.3	-71.2	
6日	-74.0	-71.9	-68.6	
7日	-74.0	-72.1	-70.8	
8日	-74.1	-72.1	-70.7	
9日	-74.0	-72.2	-71.2	
10日	-74.0	-72.2	-71.2	
11日	-74.0	-72.0	-69.5	
12日	-73.9	-72.1	-71.1	
13日	-73.9	-72.0	-70.8	
14日	-73.9	-72.1	-71.1	
15日	-73.9	-72.1	-71.0	
16日	-73.7	-71.9	-70.8	
17日	-73.7	-71.9	-70.9	
18日	-73.8	-71.9	-70.9	
19日	-73.8	-71.9	-70.9	
20日	-73.8	-71.9	-70.9	
21日	-73.7	-72.0	-70.3	
22日	-73.8	-72.0	-71.0	
23日	-74.0	-72.1	-71.0	
24日	-73.9	-72.1	-71.1	
25日	-73.9	-72.0	-69.2	
26日	-74.0	-72.2	-71.0	
27日	-74.0	-72.1	-71.1	
28日	-73.9	-72.1	-71.1	
29日	-74.0	-72.1	-71.1	
30日	-74.0	-72.2	-71.1	
31日	-74.0	-72.1	-71.1	
全体	-74.2	-72.1	-68.6	