

ID590A [検査科保冷庫(-70℃)]

2026/04

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-72.4	-71.9	-71.4	
2日	-72.4	-71.9	-71.6	
3日	-72.5	-71.9	-71.6	
4日	-72.4	-71.9	-71.5	
5日	-72.4	-71.9	-71.5	
6日	-72.4	-71.9	-71.5	
7日	-72.5	-71.9	-71.4	
8日	-72.3	-68.5	-61.9	
9日	-71.4	-70.9	-70.4	
10日	-71.4	-70.9	-70.6	
11日	-71.4	-70.9	-70.6	
12日	-71.5	-70.9	-70.6	
13日	-71.4	-71.0	-70.6	
14日	-71.5	-71.0	-70.6	
15日	-71.6	-71.0	-70.6	
16日	-71.6	-71.0	-70.2	
17日	-71.7	-71.1	-70.8	
18日	-71.6	-71.1	-70.8	
19日	-71.6	-71.1	-70.8	
20日	-71.7	-71.1	-70.8	
21日	-71.7	-71.1	-70.8	
22日	-71.7	-71.2	-70.8	
23日	-71.9	-71.3	-70.9	
24日	-72.0	-71.5	-71.1	
25日	-72.2	-71.7	-71.3	
26日	-72.1	-71.7	-71.4	
27日	-72.1	-71.5	-70.7	
28日	-72.2	-71.4	-69.7	
29日	-72.4	-71.9	-71.5	
30日	-72.4	-71.9	-71.5	
全体	-72.5	-71.3	-61.9	