

ID590A [検査科保冷庫(-70℃)]

2026/05

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-72.3	-71.8	-71.5	
2日	-72.3	-71.8	-71.4	
3日	-72.3	-71.8	-71.5	
4日	-72.2	-71.8	-71.4	
5日	-72.2	-71.8	-71.4	
6日	-72.2	-71.7	-71.3	
7日	-72.2	-71.7	-71.4	
8日	-72.2	-71.7	-71.3	
9日	-72.2	-71.7	-71.3	
10日	-72.2	-71.7	-71.3	
11日	-72.2	-71.7	-71.3	
12日	-72.2	-71.3	-69.7	
13日	-71.9	-71.4	-70.8	
14日	-72.0	-71.5	-71.1	
15日	-72.0	-71.5	-71.1	
16日	-72.0	-71.5	-71.1	
17日	-72.0	-71.5	-71.1	
18日	-72.0	-71.5	-71.1	
19日	-72.0	-71.5	-71.1	
20日	-72.0	-71.5	-71.1	
21日	-72.0	-71.5	-71.1	
22日	-71.9	-71.4	-71.1	
23日	-72.0	-71.5	-71.1	
24日	-72.0	-71.5	-71.1	
25日	-72.0	-71.4	-70.4	
26日	-72.0	-71.4	-70.4	
27日	-72.1	-71.5	-71.0	
28日	-72.0	-71.5	-71.1	
29日	-72.0	-71.4	-70.8	
30日	-72.0	-71.5	-71.1	
31日	-72.1	-71.5	-71.1	
全体	-72.3	-71.6	-69.7	