

ID590A [検査科保冷庫(−70℃)]

2026/06

	外付け温度(℃)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-72.1	-71.5	-71.1	
2日	-72.1	-71.5	-71.1	
3日	-72.0	-71.5	-71.1	
4日	-72.0	-71.5	-71.1	
5日	-72.0	-71.5	-71.1	
6日	-72.1	-71.5	-71.1	
7日	-72.1	-71.5	-71.1	
8日	-72.0	-71.5	-70.8	
9日	-71.9	-71.3	-70.4	
10日	-71.9	-71.4	-71.0	
11日	-71.9	-71.4	-71.0	
12日	-71.9	-71.4	-71.1	
13日	-71.9	-71.4	-71.0	
14日	-71.9	-71.4	-71.0	
15日	-71.9	-71.4	-71.0	
16日	-71.9	-71.4	-71.0	
17日	-71.9	-71.4	-71.1	
18日	-71.9	-71.4	-71.1	
19日	-72.0	-71.4	-70.7	
20日	-72.1	-71.6	-71.2	
21日	-72.1	-71.6	-71.2	
22日	-72.1	-71.6	-71.2	
23日	-72.1	-71.6	-71.1	
24日	-72.1	-71.5	-70.8	
25日	-72.0	-71.5	-71.1	
26日	-72.0	-71.0	-68.6	
27日	-72.0	-71.5	-71.1	
28日	-72.0	-71.5	-71.1	
29日	-71.9	-71.4	-71.1	
30日	-71.9	-71.4	-71.1	
全体	-72.1	-71.4	-68.6	