

ID590A [検査科保冷库(−70℃)]

2026/07

	外付け温度(℃)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-71.9	-71.4	-70.5	
2日	-71.9	-71.4	-71.1	
3日	-71.9	-71.4	-71.1	
4日	-71.9	-71.4	-71.1	
5日	-71.9	-71.4	-71.1	
6日	-71.9	-71.4	-71.1	
7日	-71.9	-71.2	-70.2	
8日	-71.9	-71.4	-71.0	
9日	-71.9	-71.4	-71.1	
10日	-72.2	-71.5	-69.9	
11日	-72.5	-71.8	-71.2	
12日	-72.5	-72.0	-71.6	
13日	-72.6	-72.1	-71.8	
14日	-72.6	-72.1	-71.8	
15日	-72.5	-72.0	-71.2	
16日	-72.5	-72.0	-71.6	
17日	-72.4	-71.9	-71.6	
18日	-72.4	-71.9	-71.4	
19日	-72.3	-71.8	-71.5	
20日	-72.3	-71.8	-71.4	
21日	-72.3	-71.8	-71.5	
22日	-72.2	-71.7	-71.4	
23日	-72.2	-71.7	-71.3	
24日	-72.2	-71.7	-71.3	
25日	-72.1	-71.6	-71.1	
26日	-72.1	-71.6	-71.2	
27日	-72.1	-71.6	-71.2	
28日	-72.1	-71.6	-71.2	
29日	-72.0	-71.4	-69.7	
30日	-72.0	-71.4	-70.6	
31日	-72.1	-71.5	-71.2	
全体	-72.6	-71.6	-69.7	