

ID590A [検査科保冷庫(−70℃)]

2026/08

	外付け温度(℃)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-72.1	-71.5	-71.2	
2日	-72.1	-71.5	-71.1	
3日	-72.1	-71.5	-71.2	
4日	-72.1	-71.5	-71.2	
5日	-72.0	-71.5	-71.2	
6日	-72.1	-71.3	-69.5	
7日	-71.9	-71.3	-70.7	
8日	-71.9	-71.3	-71.0	
9日	-71.9	-71.4	-71.0	
10日	-71.8	-71.3	-70.7	
11日	-71.8	-71.3	-71.0	
12日	-71.8	-71.2	-70.6	
13日	-71.8	-71.2	-70.8	
14日	-71.8	-71.3	-71.0	
15日	-71.8	-71.3	-70.9	
16日	-71.8	-71.3	-70.9	
17日	-71.8	-71.3	-70.9	
18日	-71.8	-71.3	-71.0	
19日	-71.8	-71.3	-70.9	
20日	-71.8	-71.2	-70.0	
21日	-71.8	-71.3	-70.9	
22日	-71.8	-71.2	-70.4	
23日	-71.7	-71.2	-70.8	
24日	-71.8	-71.2	-70.5	
25日	-71.7	-71.2	-70.9	
26日	-71.8	-71.3	-70.9	
27日	-71.8	-71.3	-70.9	
28日	-71.8	-71.3	-70.7	
29日	-71.8	-71.3	-70.9	
30日	-71.8	-71.3	-70.9	
31日	-71.8	-71.3	-70.9	
全体	-72.1	-71.3	-69.5	