

ID5908 [検査科保冷庫(2~8℃)]

2026/04

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.2	3.4	4.0
2日	3.3	3.6	4.3
3日	3.4	3.6	3.8
4日	3.4	3.6	3.8
5日	3.6	3.7	3.9
6日	3.6	3.8	4.4
7日	3.6	3.9	4.5
8日	3.4	3.8	4.3
9日	3.5	3.9	5.4
10日	2.8	4.1	8.0
11日	2.7	3.0	4.1
12日	3.0	3.2	3.6
13日	3.1	3.4	4.0
14日	3.3	3.6	4.4
15日	3.4	3.7	4.9
16日	3.5	3.8	4.5
17日	3.3	3.7	4.3
18日	3.5	3.7	3.9
19日	3.5	3.7	4.1
20日	3.4	3.8	5.5
21日	2.9	3.9	7.8
22日	2.3	2.7	3.2
23日	2.6	2.9	3.6
24日	2.9	3.1	3.5
25日	3.0	3.2	3.3
26日	3.0	3.2	3.7
27日	3.2	3.4	4.0
28日	3.2	3.6	4.4
29日	3.5	3.7	4.0
30日	2.8	3.9	7.4
全体	2.3	3.6	8.0