

ID5908 [検査科保冷庫(2~8℃)]

2026/06

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	2.7	3.6	7.1
2日	2.7	3.0	3.7
3日	3.1	3.4	4.1
4日	3.3	3.6	4.2
5日	3.4	3.7	4.4
6日	3.5	3.7	4.1
7日	3.6	3.7	4.2
8日	2.9	3.9	7.2
9日	2.9	3.2	3.8
10日	3.0	3.2	3.5
11日	3.1	3.4	4.0
12日	3.3	3.6	4.0
13日	3.5	3.6	3.8
14日	3.5	3.6	4.0
15日	3.5	4.3	7.6
16日	2.6	3.0	7.0
17日	2.9	3.1	3.5
18日	3.0	3.3	3.7
19日	3.3	3.6	5.0
20日	3.4	3.6	3.9
21日	3.5	3.7	4.1
22日	3.5	4.3	7.8
23日	2.6	2.9	7.1
24日	2.8	3.0	3.6
25日	2.8	3.1	3.3
26日	2.9	3.2	3.9
27日	3.1	3.3	4.5
28日	3.1	3.3	3.5
29日	3.2	3.6	4.8
30日	3.3	3.7	4.4
全体	2.6	3.5	7.8