

ID5908 [検査科保冷庫(2~8℃)]

2026/08

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.1	3.3	3.5
2日	3.1	3.3	3.6
3日	3.2	3.6	5.4
4日	3.4	3.8	4.8
5日	2.9	3.8	7.4
6日	2.7	3.0	3.3
7日	2.8	3.0	3.4
8日	2.9	3.0	3.2
9日	3.0	3.1	3.5
10日	2.9	3.1	3.4
11日	3.0	3.2	3.3
12日	3.1	3.4	3.7
13日	3.4	3.7	4.6
14日	3.6	3.8	4.4
15日	3.7	3.8	4.0
16日	3.7	3.8	4.0
17日	3.5	3.8	5.2
18日	3.0	4.0	7.8
19日	2.9	3.1	3.3
20日	2.8	3.1	3.4
21日	2.9	3.2	4.1
22日	3.1	3.2	3.3
23日	3.0	3.2	3.3
24日	3.1	3.4	3.9
25日	3.4	3.6	4.1
26日	3.6	3.7	4.1
27日	3.5	3.8	4.5
28日	2.9	3.9	7.6
29日	2.8	2.9	3.1
30日	2.9	3.0	3.1
31日	2.7	3.0	3.6
全体	2.7	3.4	7.8